

2023年3月22日

お取引先各位

株式会社チヨダサイエンス

**FAVORGEN 社 一部プラスミド精製キットの  
付属品に関する交換のご案内**

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、販売いたしましたFAVORGEN社 Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (20) 付属品RNase Aにおきまして、誤って正規品とは異なる容量で封入されている可能性があることが判明致しました。該当するキットが届いておりましたら正規容量のRNase Aをお送りいたしますので、お手数ではございますが、下記お問い合わせ先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ご購入のお客様ならびに関係各所へご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。今後再発防止のため、なお一層の管理体制の強化徹底に努める所存でございますので、何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

**1. 対象製品**

型番: FAPDE 003-1

品名: Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (20)

該当試薬: RNase A (lyophilized)

正規容量 21.5mg 2本のところ、9mg 1本が入っている

出荷期間: 2023年2月21日～3月10日

**2. 交換方法**

FAPDE 003-1 の箱内に **RNase A (lyophilized) 9mg 1本**が入っていた場合はお手数ですが、該当品の写真を添付の上、下記メールアドレス宛にご連絡ください。

正規品の **RNase A (lyophilized) 21.5mg 2本**を送付致します。

**3. お問い合わせ先**

株式会社チヨダサイエンス 営業企画部

E-mail: [technical@chiyoda-s.jp](mailto:technical@chiyoda-s.jp)

TEL: 03-5294-7701 FAX: 03-5294-7752